分娩ベッド

仕様書

公立大学法人和歌山県立医科大学

仕　様　書

１　調達物品の構成内容と必要な仕様

機器名：分娩ベッド

（内訳）

分娩ベッド　１台

２　その他必要条件

2-1　障害支援体制

2-2　設置条件

2-3　その他

３　入札機種のうち、医療用具に関しては、薬事法の承認を得た物品であること。

1　調達物品の構成内容と必要な仕様

1-1　(分娩ポジション時)　幅 1210　全長 2155　高さ 1460～1860 ㎜
　　(ﾍﾞｯﾄﾞﾎﾟｼﾞｼｮﾝ時)　　幅 1210　全長 2150　高さ 1390～1640 ㎜

1-2　重量　約 220 ㎏

1-3　電撃に対する保護の形式：クラスⅠ機器(コンセント使用時)
　　内蔵電源機器（バッテリー使用時)

1-4　衝撃に対する保護の程度：Ｂ形装着部

1-5　定格電圧：ＡＣ100Ｖ、周波数　：50/60Ｈｚ、電源入力：300ＶＡ

1-6　ﾁｭｰﾃｨｰｻｲｸﾙ:最大連続駆動時間２分(内蔵バッテリーにより、停止時にも駆動できる)

1-7　傾斜角度　背板：0～60°、腰版：0～22°、補助台(先端部)：0、30°
　　縦転角度：0～±10°

1-8　昇降高さ　ﾍﾞｯﾄﾞﾎﾟｼﾞｼｮﾝの高さ：誤差±50 ㎜

2　その他必要条件

2-1 障害支援体制

2-1-1　本機種に障害が生じた場合、復旧のための迅速な対応が行えること。

2-1-2　障害時対応として、修理部品が用意されていること。

2-1-3　サービスエンジニア体制が整っていること。

2-2 設置条件

2-2-1　設置の管理者、運用者に取り扱い説明などの技術指導を行うこと。

2-2-2　納入期限は、平成２７年９月３０日（水）とする。

2-2-3　納入場所は、公立大学法人和歌山県立医科大学保健看護学部研究棟２階小児・母性看護実習室とする。

2-2-4　納入物品は、当学担当者の指示に従い設置すること。

2-2-5　指定納入場所への設置に際し養生、搬入、組立、据付、調整等の作業を含み、それらは、契約金額内で施行すること。

2-2-6　納入については、当学担当者と事前に打ち合わせをすること。

2-2-7　納入機器は、最新機、新造、未使用であること。

2-3 その他

2-3-1　日本語の取扱説明書を提供すること。

2-3-2　品質保証期間は、納入日から１年間とする。

2-3-3　適合参考物品　マミージョイＬＤＲ

規格：14332　　メーカー：アトムメディカル

2-3-4　同等品は、可とする。

ただし、適合参考物品以外で応札する場合は、平成 27 年 7 月 1 日（水）までに公立大学法人和歌山県立医科大学事務局経理課あて同等品であることを証明する書類（カタログ等を含む）を提出し、平成 27 年 7 月 7 日（火）までにその承認を得ること。

この場合において、適合参考物品以外の物品については、規格等の各項目についてその性能・機能等を十分明らかにするものとしなければならない。

2-3-5　仕様書に関する質問がある場合は、平成 27 年 7 月 1 日（水）までに下記へ書面により行うこと。

公立大学法人和歌山県立医科大学事務局保健看護学部事務室

〒641-0011

和歌山市三葛 810 番地

TEL　073-446-6700/FAX　073-446-6720